

产品名称 MycoAlarm™ 支原体检测试剂盒
产品货号 RA-MT01
产品批号 MT010240802
储藏温度 2~8℃冰袋运输储存，RA-MT01 存储在 2~8℃；附赠 RA -MT02 存储在-70℃。

检测	参考	结果
阳性对照 B/A 值	>200	合格
无支原体细胞培养液 B/A 值	<1	合格
生产日期		2024 年 08 月
有效日期		2025 年 07 月

QA/QC 签字 
日期 2024 年 09 月 28 日



联系方式：电 话 0512-87663137
销售邮箱 sales@rhinobio.com
官方网址 www.rhinobio.com

上海瑞诺生物科技有限公司
苏州工业园区苏州纳米科技园 B6 栋